

LabField

102730 Laboratoriebalans, digital 10,000 g / 0,1 g



Användarmanual

I: Produktbeskrivning

Labfield elektroniska balans är en intelligent balans som består av högstabila sensorer och mikrodatorer med enkelskapsmikrochip. Den har funktioner för taravikt, minne, räkning och felindikering. Balansen väger noggrant, snabbt och stabilt, är enkel att använda och har fullständiga funktioner. Lämplig för industriella, jordbruksmässiga, kommersiella, skol-, vetenskapliga och andra enheter för att snabbt fastställa objektens vikt och mängd.

II: Produktöversikt



III: Produktintroduktion



IV: Produktdata

Kapacitet	10000g
Tillgänglig	0,1g
Panstorlek	155*175 mm
Dimensioner	200* 265*75 mm

V: Felkompareringstabell

Fenomen	Möjlig orsak	Lösning
Översta raden —	Negativ vikt på balansen	Kalibrera om med vikter
Underrad —	Överviktslarm, se punkt 8	Kalibrera om med vikter
Err.1	Orsakas av kontinuerligt maskinbyte	Stäng av i 3 sekunder och starta sedan om
Err.2	Instabil vägning	Vänta ett tag
	Lågt batterispänning	Byt batteri

VI: Korrekt användning

Kom igång

- Placera balansen på en stabil och plan arbetsyta, justera nivelleringen för att centrera nivelleringsbubblan, balansen ska skyddas från vibrationer, solljus, luftflöde och stark elektromagnetisk störning.

Start

- Anslut till extern strömförsörjning eller installera 9V-batteriet.
- Tryck på "ON/OFF"-knappen, "8.8.8.8.8.8.", "Max viktvärde", "-----" visas i tur och ordning, visningstiden för "-----" beror på sensorens stabilitet, så placera inte balansen på luftutloppet eller på en instabil arbetsyta. Vägningsläget "0 eller 0,0 eller 000" visas slutligen. Om symbolen "O" i övre vänstra hörnet blinkar, indikerar det att arbetsytan är instabil, då ska du inte utföra operationerna 3 till 7.

Kalibrera balansen

- Placera balansen på en stabil och plan arbetsyta, och undvik vibrationer, solljus, luftflöde och stark elektromagnetisk störning. Slå på balansen och förvärm den i en halvtimme för att göra kalibreringsresultatet mer exakt.
- Kalibreringsoperation
- Kalibrering: Utan att lägga något objekt på vägningsspannan, håll ner "CAL kalibrerings"-knappen och håll den i cirka 3 sekunder, när "--CAL-" visas, släpp den omedelbart; Efter ett tag börjar displayen blinka med "standardviktvärde", placera vikten som motsvarar det blinkande "standardviktvärdet" på vägningsspannan, då visas ----- och väntar, sedan när "standardviktvärdet" visas igen, ta bort vikten, displayen ändras till "-----" och väntar en stund, displayen visar "0 eller 0,0 eller 0,00", och kalibreringsprocessen är över. Om vägningen fortfarande är inaktiv efter kalibrering, upprepa kalibreringen flera gånger enligt ovanstående process.

Vägning

- Efter stabil uppstart eller kalibrering, visas vägningsläge "0 eller 0,0 eller 0,00".
- Placera vägningselementet på vägningspannan för att visa vikten på objektet.

Tara

- Placera behållaren på vägningspannan, och balansen visar vikten på behållaren.
- Efter att ha tryckt på "TARE"-knappen visas "0,0 eller 0,00 eller 0,000", vilket indikerar att taravikten har tagits bort.
- När objektet placeras i behållaren visas vikten på objektet.

Vägningsräkningsoperation

- Placera en nödvändig behållare för räkning på vägningspannan (lämna den utanför om du inte behöver någon behållare). Tryck på "TARE"-knappen för att visa "0 eller 0,0 eller 0,00", och tryck sedan på "PCS Count"-knappen, den kommer att visa "10" och blinka, i det nedre högra hörnet av skärmen visas konverteringen från "g" till "PCS", lägg sedan 10 objekt som ska räknas på pannan och tryck på "PCS count"-knappen Displayen ändras till -----", vänteläge, efter ett tag ändras displayen till "10" för att slutföra genomsnittsoperationen, och balansen kan börja räkna. (För denna operation måste nollpunkten vara: "0 eller 0,0 eller 0,00", vikten för enskild räkning måste vara större än balansen min. läsbarhet – upplösningen)

Vägningsenhetskonverteringsoperation

- Tryck på "UNIT"-enhetskonverteringsknappen, varje tryck kan visa turvis "CT (karat)", "OZ (ons)", "LB (pund)", "g eller Kg (gram eller kilogram)", olika vägning enheter kan visas enligt användarens behov, balansens standardvärde är "G (g)".

Överviktslarm

- När vikten på det vägda objektet överstiger (1+2%) av det värde som visas vid uppstart visas den övre horisontella linjen -----", vilket indikerar att den ackumulerade vikten överstiger det angivna området, och det vägda objektet bör tas bort omedelbart, annars kan balansen skadas.

VII: Försiktighetsåtgärder för användning

- Den ska vara ansluten till ström och förvärmas enligt föreskrifterna innan användning.
- Tara- och vägda värden får inte överskrida vägningens kapacitet.
- Om vägningen är ogiltig ska balansen kalibreras med en standardvikt.
- Om du behöver ta bort vägningstråget från balansen, vänligen vrid vägningstråget medurs och ta sedan bort det. Dra inte upp vägningsspannan direkt för att undvika skada på sensorn.

Leveranslista

- Fyrkantig pannbalans huvudenhet
- Strömadapter
- Instruktionsmanual

